



**Манометры, вакуумметры,
мановакуумметры показывающие**
МП 4-У-1 -У2, ВП -У- -У2,
МВП -У- -У2

№ 5450

ПАСПОРТ	4И2.830.130 ПС
---------	----------------

7. Сведения об утилизации
7.1 По окончании срока службы (эксплуатации) прибор подлежит утилизации.

7.2. Сведения о цветных металлах, содержащихся в приборе, приведены в приложении А.

Приложение А
(обязательное)

Сведения о цветных металлах, содержащихся в приборе

Таблица А.1

Наименование металла, сплава	Количество цветных металлов, содержащихся в приборе, кг	Местонахождение металла, сплава	Примечание
Медь и сплав на медной основе	0,375	Держатель Манометрическая пружина Механизм	См. рис. 1 4И2.830.130 РЭ

2018 г.

1. Основные сведения об изделии и технические данные

- 1.1 Основные сведения
1.1.1 Изделие изготовлено АО «Теплоконтроль» 420054 г.Казань, ул.Кулагина, д.1.
1.2. Основные технические данные
1.2.1 Диапазон показаний, кПа, МПа от 0 до 600
1.2.2 Предел допускаемой основной погрешности показаний, % 15
1.2.3 Температура окружающего воздуха, °С от минус 50 до плюс 50
1.2.4 Относительная влажность окружающего воздуха при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги, не более, % 95
1.2.5 Степень защиты от твердых тел, пыли и воды по ГОСТ 14254: IP 53
1.2.5 Масса не более, кг МПЗ-У, ВПЗ-У, МВПЗ-У, МП4-У, ВП4-У, МВП4-У 1,0
1,2

2. Комплектность

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
4И2.830.130 РЭ	Прибор	1 шт.	По спецификации заказа При поставке приборов тello партии прилагать допускаетса прилагать по одному руководству на каждые 3 прибора
4И2.830.130 ПС	Руководство по эксплуатации	1 экз.	
	Паспорт	1 экз.	

3. Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

- 3.1 Средняя наработка на отказ по каждой функции 1,25·10⁵ часов.
3.2 Полный средний срок службы 10 лет.
3.3 Гарантийный срок хранения манометров 6 месяцев с момента отгрузки с завода изготовителя.
3.4 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода манометра в эксплуатацию, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

4. Консервация

4.1 Приборы консервации не подлежат.

5. Свидетельство об упаковке

5.1 Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(штамп)
У-33

6. Свидетельство о приемке

6.1 Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий МП 4-У-У2, ВП -У-, МВП -У-, -У2, заводской номер 3450 соответствует ТУ 311-00225621.167-97, ГОСТ 2405 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП [подпись]
личная подпись

ОКК
11 В18
20180518
год, месяц, число

По результатам первичной поверки прибор признан годным к применению.

Поверитель [подпись]

личная подпись
20180518
(клеймо)

год, месяц, число

6.2 Межповерочный интервал 2 года.